

LAUDO DE QUALIDADE

Unidade Fabricante: MATRIZ GOIÂNIA
Produto: BOLSA P/NTP GV150MLC/CON MH
Código: 3574
Lote: 0000165841
Fabricação: 16.08.2022
Validade: 16.08.2025

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO				RESULTADO
	Mínimo	Máximo	Unidade	Qualitativo	
Controle Visual do Produto Final				Aval. teste específico	Conforme
Presença Óxido de Etileno (máx. 25 ppm)	0,00	25,00	ppm		1,10
Presença Etileno Cloridrina (máx. 25ppm)	0,00	25,00	ppm		1,30
Presença Etilenoglicol (máx. 250ppm)	0,00	250,00	ppm		0,30
Teste de Vazamento (est. emb. plástica)				Aval. teste específico	Conforme
Teste de Esterilidade				Aval. teste específico	Conforme
Endotoxina Bacteriana (0 a 0,5 EU/mL)	0,0000	0,5000	EU/mL		<0,0100

Nota: Certificamos, por este laudo, que o produto foi analisado em nossos laboratórios seguindo as técnicas recomendadas pela bibliografia abaixo, aplicáveis ao produto específico. Resultado final: Aprovado

Bibliografia:

Portaria Intermin. MS nº 482 de 16/04/99; RDC nº 29 de 17/04/2007 do MS; Referências Internas.



Caroline Fagundes Amaral Lenza
CRF/GO: 5554

Farmacêutico(a) Responsável Técnico(a)



Caroline Fagundes Amaral Lenza
CRF/GO: 5554

Farmacêutico(a) Responsável pela Unidade

Matriz:

Endereço: Rodovia BR 153 Km 3 Conjunto Palmares | Goiânia-GO | Brasil |
Código Postal: 74775-027 Tel:(062) 3265-6500 | SAC: 0800 646 6500 | sac@halexistar.com.br

Filial:

Endereço: Av Manoel Mavignier, 5000 Precabura | Eusébio-CE | Brasil | Código Postal: 61760-000
Tel:(085) 3878-0900 | SAC: 0800 646 6500 | sac@halexistar.com.br