

LAUDO DE QUALIDADE

Unidade Fabricante: FILIAL EUSÉBIO
Produto: CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML CX 200 AMP
Código: 40000150
Lote: 3100339
Fabricação: 21.10.2023
Validade: 21.10.2025

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO				RESULTADO
	Mínimo	Máximo	Unidade	Qualitativo	
Forma Farmacêutica				Aval. teste específico	Passa no teste
Aspecto				Aval. teste específico	Passa no teste
Identificação - Cloreto				Aval. teste específico	Passa no teste
Identificação - Potássio				Aval. teste específico	Passa no teste
Material Particulado: Partículas 10 µm		6000,00	unid/recipiente		6,00
Material Particulado: Partículas 25 µm		600,00	unid/recipiente		0,00
pH	4,0	8,0			6,0
Doseamento	9,50	10,50	g/100mL		9,63
% Valor Rotulado (VR)	95,0	105,0	%		96,3
Volume				Aval. teste específico	Passa no teste
Esterilidade				Aval. teste específico	Estéril
Endotoxinas Bacterianas		8,80	EU/mEq		<8,80

Nota: Certificamos, por este laudo, que o produto foi analisado em nossos laboratórios seguindo as técnicas recomendadas pela bibliografia abaixo, aplicáveis ao produto específico. Resultado final: Aprovado

Bibliografia:

Referencia Interna Halex Istar; USP 42; USP-NF 2022 Edição 2.



Caroline Fagundes Amaral Lenza
CRF/GO: 5554

Farmacêutico(a) Responsável Técnico(a)



Danilo Souza
CRF/CE: 5.139

Farmacêutico(a) Responsável pela Unidade

Matriz:

Endereço: Rodovia BR 153 Km 3 Conjunto Palmares | Goiânia-GO | Brasil |
Código Postal: 74775-027 Tel:(062) 3265-6500 | SAC: 0800 646 6500 | sac@halexistar.com.br

Filial:

Endereço: Av. Manoel Mavignier, 5000 Precabura | Eusébio-CE | Brasil | Código Postal: 61760-000
Tel:(085) 3878-0900 | SAC: 0800 646 6500 | sac@halexistar.com.br