

LAUDO DE QUALIDADE

Unidade Fabricante: FILIAL EUSÉBIO
Produto: CLORETO DE SÓDIO 0,9% 20ML CX 100 AMP
Código: 40000143
Lote: 3110268
Fabricação: 17.11.2023
Validade: 17.11.2025

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO				RESULTADO
	Mínimo	Máximo	Unidade	Qualitativo	
Forma Farmacêutica				Aval. teste específico	Passa no teste
Aspecto				Aval. teste específico	Passa no teste
Identificação - Íon Cloreto				Aval. teste específico	Passa no teste
Identificação - Íon Sódio				Aval. teste específico	Passa no teste
pH	4,5	7,0			5,9
Doseamento	0,855	0,945	g/100mL		0,906
% Valor Rotulado (VR)	95,0	105,0	%		100,7
Ferro		2	ppm		<2
Partículas maiores ou iguais 10 µm		6000,00	unid/recipiente		2,67
Partículas maiores ou iguais 25 µm		600,00	unid/recipiente		0,00
Volume				Aval. teste específico	Passa no teste
Esterilidade				Aval. teste específico	Estéril
Endotoxinas Bacterianas		0,5	UE/ml		<0,5

Nota: Certificamos, por este laudo, que o produto foi analisado em nossos laboratórios seguindo as técnicas recomendadas pela bibliografia abaixo, aplicáveis ao produto específico. Resultado final: Aprovado

Bibliografia:

Farmacopeia Brasileira 6ª Ed.; Referencia Interna Halex Istar.



Caroline Fagundes Amaral Lenza
CRF/GO: 5554

Farmacêutico(a) Responsável Técnico(a)



Danilo Souza
CRF/CE: 5.139

Farmacêutico(a) Responsável pela Unidade

Matriz:

Endereço: Rodovia BR 153 Km 3 Conjunto Palmares | Goiânia-GO | Brasil |
Código Postal: 74775-027 Tel:(062) 3265-6500 | SAC: 0800 646 6500 | sac@halexistar.com.br

Filial:

Endereço: Av. Manoel Mavignier, 5000 Precabura | Eusébio-CE | Brasil | Código Postal: 61760-000
Tel:(085) 3878-0900 | SAC: 0800 646 6500 | sac@halexistar.com.br