

LAUDO DE QUALIDADE

Unidade Fabricante: FILIAL EUSÉBIO
Produto: GLICOSE 50% 20ML CX 100 AMP PLAST
Código: 40000149
Lote: 3110332
Fabricação: 20.11.2023
Validade: 20.11.2025

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO				RESULTADO
	Mínimo	Máximo	Unidade	Qualitativo	
Forma Farmacêutica				Aval. teste específico	Passa no teste
Aspecto				Aval. teste específico	Passa no teste
Identificação - Teste A				Aval. teste específico	Passa no teste
Identificação - Teste B				Aval. teste específico	Passa no teste
5Hidroximetilfurfural e Sub Relacionada		0,250			0,012
Partículas maiores ou iguais 10 µm		6000,00	unid/ recipiente		9,33
Partículas maiores ou iguais 25 µm		600,00	unid/ recipiente		0,00
Metais Pesados		5	ppm		<5
pH	3,2	6,5			4,6
Doseamento	47,50	52,50	g/100mL		50,90
% Valor Rotulado (VR)	95,0	105,0	%		101,8
Volume				Aval. teste específico	Passa no teste
Esterilidade				Aval. teste específico	Estéril
Endotoxinas Bacterianas		0,25	UE/ml		<0,25

Nota: Certificamos, por este laudo, que o produto foi analisado em nossos laboratórios seguindo as técnicas recomendadas pela bibliografia abaixo, aplicáveis ao produto específico. Resultado final: Aprovado

Bibliografia:

Farmacopeia Brasileira 5ª Ed.; Farmacopeia Brasileira 6ª Ed.; Referencia Interna Halex Istar.



Caroline Fagundes Amaral Lenza
CRF/GO: 5554

Farmacêutico(a) Responsável Técnico(a)



Danilo Souza
CRF/CE: 5.139

Farmacêutico(a) Responsável pela Unidade

Matriz:

Endereço: Rodovia BR 153 Km 3 Conjunto Palmares | Goiânia-GO | Brasil |
Código Postal: 74775-027 Tel:(062) 3265-6500 | SAC: 0800 646 6500 | sac@halexistar.com.br

Filial:

Endereço: Av Manoel Mavignier, 5000 Precabura | Eusébio-CE | Brasil | Código Postal: 61760-000
Tel:(085) 3878-0900 | SAC: 0800 646 6500 | sac@halexistar.com.br